

ПОРЯДОК**обслуживания и поверки измерительных приборов и оборудования.**

Поверка средств измерений — это совокупность операций, которые проводятся для того, чтобы подтвердить соответствие или несоответствие средств измерений установленным метрологическим требованиям.

С 1 января 2021 года действует новый порядок о проведении поверок, его установил приказ 2510 о поверке средств измерений Минпромторга от 31.07.2020, который внес изменения в Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Процедура обязательна для всех видов измерительных приборов.

Поверка приборов позволяет убедиться, что оборудование соответствует заявленным характеристикам, гарантирует точную работу в условиях эксплуатации.

Поверку вправе проводить только аккредитованные организации (юридические лица или индивидуальные предприниматели), которые имеют право на проведение таких работ в соответствии с законодательством РФ об аккредитации.

Порядок, периодичность, формы проведения поверки:

1. Все оборудование учреждения находится на балансе учреждения, с присвоенными инвентарными номерами.
2. Средства измерений подлежат первичной, периодической и внеочередной поверке.
3. Средства измерений до ввода в эксплуатацию и после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации – периодической поверке.
4. Средства измерений предоставляются на периодическую поверку по окончании межповерочного интервала.
5. Представление средств измерений на периодическую поверку до окончания установленного межповерочного интервала называется внеочередной поверкой и осуществляется в случаях:
 - Отсутствия подтверждения результатов поверки средств измерений о соответствии с действующим на дату ее проведения нормативным правовым актом, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений;
 - Повреждения или отсутствия пломб, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к узлам настройки (регулировки) средств измерений, с вскрытием пломб, предотвращающих доступ к узлам настройки и (или) элементам конструкции средств измерений;
6. Учреждение заключает договор с аккредитованной организацией. Поверяемое медицинское оборудование доставляется в данную организацию. Если оборудование не может быть транспортировано в организацию, оформляется выездная поверка на месте.
7. По результатам поверки на средство измерений наносится знак поверки, выдается свидетельство о поверке. В случае признания средства измерений не прошедшим поверку выдается извещение о непригодности к использованию средства измерения.
8. Поверка или калибровка оборудования осуществляется в соответствии с утвержденным планом – графиком.
9. Результаты поверки, даты проведения следующей поверки заносятся в Журнал регистрации средств измерений и их поверок.
10. Контроль над своевременной поверкой средств измерений и хранение документов, подтверждающих, поверку осуществляет начальник хозяйственного отдела.